



TELEDYNE
OLDHAM SIMTRONICS
Everywhereyoulook™

MANUEL D'UTILISATION

OLCT 10N

DETECTEUR DE GAZ NUMERIQUE



Les notices techniques dans d'autres langues sont disponibles
sur notre site <https://teledynegasandflamedetection.com>



Copyright Avril 2026 by TELEDYNE OLDHAM SIMTRONICS S.A.S.

Tous droits réservés. Reproduction interdite sous quelque forme que ce soit, de toute ou partie de ce document sans la permission écrite de TELEDYNE OLDHAM SIMTRONICS S.A.S.

Les informations de ce manuel sont, à notre connaissance, exactes.

Du fait de la recherche et du développement continus, les spécifications de ce produit peuvent être modifiées à tout moment sans préavis.

TELEDYNE OLDHAM SIMTRONICS S.A.S.

Rue Orfila

Z.I. Est – CS 20417

62027 ARRAS Cedex

Nous sommes ravis que vous ayez choisi un appareil de marque TELEDYNE OLDHAM SIMTRONICS S.A.S. et nous vous en remercions vivement.

Toutes les dispositions nécessaires ont été prises de manière à ce que ce matériel vous apporte une totale satisfaction.

Il est important de lire attentivement le présent document.

Limites de responsabilité

La société TELEDYNE OLDHAM SIMTRONICS S.A.S., ci-après dénommé TELEDYNE OLDHAM SIMTRONICS dans tout le présent document, décline sa responsabilité envers toute personne pour les détériorations de matériel, blessure corporelle ou décès résultant en tout ou partie d'utilisation inappropriée, d'installation ou de stockage de son matériel non conforme aux instructions et aux avertissements et/ou non conforme aux normes et règlements en vigueur.

TELEDYNE OLDHAM SIMTRONICS ne supporte ni autorise toute autre entreprise ou personne ou personne morale à assurer la part de responsabilité de TELEDYNE OLDHAM SIMTRONICS, même si elle est impliquée à la vente des produits de TELEDYNE OLDHAM SIMTRONICS.

TELEDYNE OLDHAM SIMTRONICS ne sera pas responsable des dommages directs, indirects ainsi que des dommages et intérêts directs et indirects résultant de la vente et de l'utilisation de tous ses produits **SI CES PRODUITS N'ONT PAS ETE DEFINIS ET CHOISIS PAR TELEDYNE OLDHAM SIMTRONICS POUR L'UTILISATION QUI EN EST FAITE.**

Clauses relatives à la propriété

Les dessins, les plans, les spécifications et les informations ci-inclus contiennent des informations confidentielles qui sont la propriété de TELEDYNE OLDHAM SIMTRONICS.

Ces informations ne seront ni partiellement ni en totalité, physiquement, électroniquement ou quelques autres formes que se soient, reproduites, copiées, divulguées, traduites, utilisées comme base pour la fabrication ou la vente d'équipements de TELEDYNE OLDHAM SIMTRONICS ni pour quelques autres raisons **sans avoir l'accord préalable de TELEDYNE OLDHAM SIMTRONICS.**

Avertissements

Ce document n'est pas contractuel. TELEDYNE OLDHAM SIMTRONICS se réserve, dans l'intérêt de la clientèle, le droit de modifier, sans préavis, les caractéristiques techniques de ses équipements pour en améliorer les performances.

LIRE SOIGNEUSEMENT LA NOTICE AVANT TOUTE PREMIERE UTILISATION : cette notice doit être lue par toute personne qui a ou qui aura la responsabilité d'utiliser, de maintenir ou de réparer ce matériel.

Ce matériel ne sera conforme aux performances annoncées que s'il est utilisé, maintenu et réparé en accord avec les directives de TELEDYNE OLDHAM SIMTRONICS, par du personnel de TELEDYNE OLDHAM SIMTRONICS ou par du personnel habilité par TELEDYNE OLDHAM SIMTRONICS.

Informations importantes

La modification du matériel et l'usage de pièces non stipulées d'origine entraîneraient l'annulation de toute forme de garantie.

L'utilisation du transmetteur OLCT10 N est prévue pour les applications précisées dans les caractéristiques techniques. Le dépassement des valeurs indiquées ne pourrait en aucun cas être autorisé.

L'inhibition permanente, appelée «empoisonnement du catalyseur» peut provenir de l'exposition à des substances telles que :

- les silicones (imperméabilisants, adhésifs, agent de démoulage, huiles et graisses spéciales, certains produits médicaux).
- le plomb tétraéthyle (essence plombée, particulièrement le carburant pour avion 'Avgas')
- les composés sulfurés (dioxyde de soufre, hydrogène sulfuré)
- les composés halogénés (R134a, HFO, etc.)
- les composés organo-phosphorés (les herbicides, insecticides et les esters de phosphate dans les fluides hydrauliques ininflammables)

Nous recommandons un test régulier des installations fixes de détection de gaz (voir chapitre 3).

Garantie

Garantie de 2 ans dans les conditions normales d'utilisation sur pièces et main d'œuvre, retour en nos ateliers, hors consommables (cellules, filtres, etc.).

Destruction de l'équipement



Union Européenne (et EEE) uniquement. Ce symbole indique que conformément à la directive DEEE (2002/96/CE) et à la réglementation de votre pays, ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères.

Vous devez le déposer dans un lieu de ramassage prévu à cet effet, par exemple, un site de collecte officiel des équipements électriques et électroniques (EEE) en vue de leur recyclage ou un point d'échange de produits autorisé qui est accessible lorsque vous faites l'acquisition d'un nouveau produit du même type que l'ancien.

Table des matières

1	Présentation	1
1.1	Objet	1
1.2	Composition du détecteur.....	1
1.3	Types de détecteurs disponibles.....	2
2	Installation	4
2.1	Réglementation et conditions d'utilisation	4
2.2	Localisation du détecteur	5
2.3	Fixation du détecteur	5
2.4	Raccordement	5
2.5	Configuration de la communication	7
2.6	Limites d'utilisation	8
3	Maintenance	9
3.1	Temps de préchauffage	9
3.2	Périodicité d'entretien.....	9
3.3	Calibrage semi-automatique	12
3.4	Changement de cellule	14
3.5	Calibrage manuel	15
4	Références commerciales et accessoires.....	17
5	Pièces de rechange	19
6	Spécifications techniques.....	21
6.1	Détecteur	21
6.2	Spécifications cellules	23
6.3	Longueur de lignes (utilisation avec MX 16)	24
6.4	Longueur de lignes (utilisation avec MX 32v2)	25
6.5	Longueur de lignes (utilisation avec MX 43)	27
6.6	Longueur de lignes (utilisation avec MX 256)	29

7	Instructions particulières pour l'utilisation	31
7.1	Utilisation en atmosphère explosive conformément à la directive Européenne ATEX.....	31
7.3	Conditions spécifiques pour le FM: ANSI/FM 60079-29-1	32

1 Présentation

1.1 Objet

Le détecteur OLCT 10N est un détecteur numérique destiné à détecter un gaz particulier en fonction du type de cellule utilisé. Cette gamme de détecteur numérique est compatible uniquement avec les centrales TELEDYNE OLDHAM SIMTRONICS type MX 16, MX 32v2, MX 43 et MX 256.

1.2 Composition du détecteur

Un détecteur OLCT 10N est composé des éléments suivants :

Rep.	Désignation
1.	Boîtier
2.	Presse étoupe
3.	Carte électronique
4.	Cellule de détection
5.	Bornier débrochable
6.	Orifice entrée de gaz
7.	LED
8.	Couvercle




Figure 1 : éléments constitutifs d'un détecteur type OLCT 10N.

1.3 Types de détecteurs disponibles

Capteur	Gamme de mesure
Méthane (CH ₄)	0-100% LIE (5% vol.) 0-100% LIE (4.4% vol.)
Hydrogène (H ₂)	0-100% LIE (4% vol.)
Butane (C ₄ H ₁₀)	0-100% LIE (1,5% vol.)
Propane (C ₃ H ₈)	0-100% LIE (2% vol.)
Oxygène (O ₂)	0-30% vol.
Monoxyde de carbone (CO)	0-300 ppm 0-1000 ppm
Dioxyde de carbone (CO ₂)	0-5000 ppm 0-5% vol. 0-100% vol.
Sulfure d'hydrogène (H ₂ S)	0-30 ppm 0-100 ppm
Monoxyde d'azote (NO)	0-100 ppm 0-300 ppm
Dioxyde d'azote (NO ₂)	0-10 ppm 0-30 ppm
Ammoniac (NH ₃)	0-100 ppm 0-1000 ppm

1.4 Plaque de firme

Elle regroupe les indications concernant les caractéristiques du détecteur:




Figure 2 : Plaque de firme (exemple)

Rep..	Désignation
1.	Nom du fabricant
2.	Nom du produit
3.	Marquage ATEX
4.	Marquages complémentaires ATEX, IECEx, INMETRO, etc. et numéros des certificats
5.	Type d'alimentation
6.	Référence du détecteur (P/N) et Numéro de série du détecteur (S/N)
7.	Plage de température pour laquelle l'appareil est certifié d'emploi en zone explosive (hors performances métrologiques)
8.	Symbole CE, UKCA et FM
9.	Symbole de recyclage
10.	Texte d'avertissement

2 Installation



Il est recommandé de prendre connaissance des guides relatifs à l'installation, l'utilisation et la maintenance des détecteurs de gaz inflammables et d'oxygène (norme EN/IEC 60079-29-2) et des détecteurs toxiques (norme EN 45544-4).

2.1 Réglementation et conditions d'utilisation

- L'installation devra respecter la réglementation en vigueur pour les installations en atmosphères explosives, notamment les normes IEC/EN 60079-14 et IEC/EN 60079-17 (éditions en vigueur).
- De manière générale, les températures ambiantes, les tensions d'alimentation et puissances mentionnées dans ce document sont relatives à la sécurité contre l'explosion. **Il ne s'agit pas des températures de fonctionnement du détecteur.**
- L'équipement (sauf versions Toxiques, O₂ et CO₂) est autorisé d'emploi dans les zones ATEX 2 et 22 pour des températures ambiantes variant de -20 °C à + 55 °C.
- La cellule de détection contenue dans le transmetteur devra toujours être en contact avec l'air ambiant. De ce fait :
 - -Ne pas couvrir le détecteur.
 - -Ne pas déposer de la peinture sur le détecteur.
 - -Eviter les dépôts de poussière.
- L'OLCT 10N n'est autorisé d'emploi qu'avec la centrale de mesure et d'alarme type MX 43 ou MX 32v2 ou MX 16 de marque TELEDYNE OLDHAM SIMTRONICS.



Seules les versions Catalytiques listées ci-dessous sont certifiées pour une utilisation en zone ATEX II 3GD :

OLCT10N-001 / OLCT10N-002 / OLCT10N-003 / OLCT10N-004 / OLCT10N-005



Les versions catalytiques antipoison, toxiques, O₂ et CO₂ ne sont pas certifiées pour une utilisation en zone ATEX

2.2 Localisation du détecteur

Le détecteur sera positionné au niveau du sol, au plafond, à hauteur des voies respiratoires, ou à proximité des gaines d'extraction d'air, en fonction de la densité du gaz à détecter ou de l'application. Les gaz lourds se détecteront à proximité du sol, tandis que les gaz légers seront présents au plafond.

2.3 Fixation du détecteur

Les capteurs seront de préférence placés dans un endroit accessible, de manière à faciliter les opérations de contrôle et de maintenance et en toute sécurité pour les intervenants. Les capteurs devront être protégés contre les risques de choc et ne devront être gênés par aucun obstacle empêchant la mesure de l'environnement ambiant à contrôler.

Le détecteur sera installé avec les presse-étoupes positionnés vers le bas. Une inclinaison de plus de 45° par rapport à la verticale ou une position horizontale (fixation type plafond) engendreront une erreur sur la mesure et nécessiteront un nouvel étalonnage du détecteur.




Figure 3: Encombrement de l'OLCT 10N (en mm)

2.4 Raccordement



Pour rappel, les OLCT 10N ne peuvent se raccorder que la centrale TELEDYNE OLDHAM SIMTRONICS MX 16 et MX32v2 et MX 43 et MX 256.

Câblage réseau RS485

L'OLCT 10N dispose de 2 presse-étoupes nécessaires pour le passage du câble d'entrée et du câble de sortie vers le module suivant.

Les détecteurs doivent être reliés avec du câble de section minimale 0.22 mm², type MPI-22A (câble pour communication RS485, 2 paires torsadées blindées, impédance nominale de 100 Ohm). Ce câble véhicule sur une paire le signal RS485 et sur l'autre paire l'alimentation des modules. Les bornes +24VDC, 0V, A, B sont respectivement reliées aux bornes +24VDC, 0V, A, B des autres modules de la ligne puis au connecteur de la ligne correspondante sur la centrale MX 43 ou MX 32v2 ou MX 256.

Le blindage du câble doit être relié à une borne de terre.

A l'extrémité du bus placer la résistance de fin de ligne de 120 Ω. Pour cela il suffit de basculer le switch n°8 en position ON sur le dernier module (cf Figure 6).



Aucune partie des extrémités dénudées des fils dans les bornes ne doit rester apparente. Pour des raisons de protection contre les perturbations électromagnétiques, les fils de données ainsi que les fils d'écran (ou tresse) doivent être coupés au plus court.

Avant de connecter le détecteur à la centrale, veillez à inhiber les alarmes de l'installation afin d'éviter tout déclenchement intempestif durant l'opération.



La connexion du câble de liaison détecteur/MX 16 ou MX 32v2 ou MX 43 ou MX 256 devra être réalisée hors tension. Le site devra être équipotentiel.

Le câblage s'effectue ensuite selon le schéma suivant :




Figure 4: principe de connexion des modules d'une ligne de la MX 43 ou MX 32v2

2.5 Configuration de la communication

Adresse du module

Tout module numérique d'une ligne doit être identifié par une adresse unique.

Les interrupteurs 1 à 5 du bloc de configuration de chaque détecteur permettent de fixer un numéro d'adresse (1 à 32) en mode binaire.

Dans l'illustration ci-contre, l'adresse 9 (10010) a été définie.

La *Table d'adressage* ci-après liste les combinaisons possibles.




Figure 5 : interrupteurs de configuration d'adresse

Adresse module	Interrupteurs (ON = 1 ; OFF = 0)				
	1	2	3	4	5
1	1	0	0	0	0
2	0	1	0	0	0
3	1	1	0	0	0
4	0	0	1	0	0
5	1	0	1	0	0
6	0	1	1	0	0
7	1	1	1	0	0
8	0	0	0	1	0
9	1	0	0	1	0
10	0	1	0	1	0
11	1	1	0	1	0
12	0	0	1	1	0
13	1	0	1	1	0
14	0	1	1	1	0
15	1	1	1	1	0
16	0	0	0	0	1

Adresse module	Interrupteurs (ON = 1 ; OFF = 0)				
	1	2	3	4	5
17	1	0	0	0	1
18	0	1	0	0	1
19	1	1	0	0	1
20	0	0	1	0	1
21	1	0	1	0	1
22	0	1	1	0	1
23	1	1	1	0	1
24	0	0	0	1	1
25	1	0	0	1	1
26	0	1	0	1	1
27	1	1	0	1	1
28	0	0	1	1	1
29	1	0	1	1	1
30	0	1	1	1	1
31	1	1	1	1	1
32	0	0	0	0	0

Tableau 1 : Table d'adressage (adresse en fonction de la position des interrupteurs)

Remarque :

- Lors du remplacement d'un module, tous les interrupteurs de configuration du nouveau module devront être positionnés dans la même configuration que ceux de l'ancien module.

- L'interrupteur 6 (FRAME FILLING / REMPLISS. TRAME) doit être positionné sur OFF (option non utilisée).
- L'interrupteur 7 (DELAY / TEMPORISATION) doit être positionné sur ON.

Résistance de fin de ligne

Pour le dernier détecteur de chaque ligne et uniquement pour celui-ci, positionner l'interrupteur n°8 (EOL RESISTOR/RESISTANCE F.D.L) sur la position ON.




Figure 6: interrupteur de résistance de fin de ligne en position « ON »

2.6 Limites d'utilisation

L'OLCT 10N n'est autorisé d'emploi qu'avec les centrales de mesure et d'alarme type MX 16 ou MX 32v2 ou MX 43 ou MX 256 de marque TELEDYNE OLDHAM SIMTRONICS .

Les cellules de détection de gaz comportent certaines limitations qu'il est impératif de respecter.

Présence de composants spécifiques

- Les vapeurs de composants siliconés ou soufrés peuvent affecter les cellules de détection de gaz à principe catalytique et ainsi fausser les mesures. Si les cellules ont été exposées à ces types de composés, un contrôle ou un étalonnage est nécessaire.
- De fortes concentrations de solvants organiques (alcools, solvants aromatiques, etc.) ou des expositions à des quantités de gaz supérieures à la gamme de mesure spécifiée peuvent endommager les cellules électrochimiques. Un contrôle ou calibrage est alors préconisé.
- En présence de fortes teneurs en dioxyde de carbone ($\text{CO}_2 > 1\% \text{ vol.}$), les cellules électrochimiques de mesure de l'oxygène peuvent légèrement surestimer la teneur en oxygène présente (0,1 à 0,5% vol. O_2 de surestimation).

Fonctionnement sous faible taux d'oxygène

- Une sous- estimation de la mesure peut se produire lorsqu'une cellule de détection à principe électrochimique est utilisée dans une atmosphère comportant moins de 1% vol. d'oxygène pendant plus d'une heure.
- Une sous-estimation de la mesure peut se produire si une cellule de détection à principe catalytique est utilisée dans une atmosphère comportant moins de 10% vol. d'oxygène.

3 Maintenance

La maintenance consiste principalement à la calibration des cellules ainsi qu'au changement de celles-ci lorsqu'elles ne répondent plus aux caractéristiques métrologiques initiales.



Les actions décrites dans ce chapitre sont réservées à des personnes autorisées et formées car elles sont susceptibles de remettre en cause la fiabilité de la détection. L'inspection et l'entretien seront réalisés suivant la norme EN/IEC 60079-17 et le respect des instructions reprises dans le marquage ATEX (voir chapitre 8).

3.1 Temps de préchauffage



lors de la mise sous tension ou après un changement de cellule, une période de préchauffage est nécessaire avant de procéder à la calibration.

- Détecteur explosimétrique: 1 heure
- Détecteur oxygénométrique: 1 heure (version 2 ans) à 1h30 (version 5 ans)
- Détecteur monoxyde de carbone (CO): 1 heure
- Détecteur sulfure d'Hydrogène (H₂S): 1 heure
- Détecteur monoxyde d'azote (NO): 12 heures
- Détecteur dioxyde d'azote (NO₂): 1 heure
- Détecteur ammoniacque (NH₃): 1 heure
- Détecteur infrarouge Dioxyde de carbone (CO₂): 2 heures

Il est impossible de calibrer un OLCT 10N dans les 10 minutes qui suivent une remise sous tension.

3.2 Périodicité d'entretien

Les détecteurs de gaz sont des appareils de sécurité. TELEDYNE OLDHAM SIMTRONICS recommande un test régulier des installations fixes de détection de gaz. Ce type de test consiste à injecter sur le détecteur du gaz étalon à une concentration suffisante pour déclencher les alarmes préréglées. Il est bien entendu que ce test ne peut en aucun cas remplacer un étalonnage du détecteur.

La fréquence des tests au gaz dépend de l'application industrielle où est utilisé le détecteur. Le contrôle sera fréquent dans les mois qui suivent le démarrage de l'installation, puis il pourra être espacé si aucune dérive importante n'est constatée. Si un détecteur ne réagit pas au contact du gaz, un étalonnage est obligatoire. La fréquence des étalonnages sera adaptée en fonction du résultat des tests (présence d'humidité, température, poussière, etc.) ; cependant, elle ne saura être supérieure à un an.

OLCT 10N

DETECTEUR DE GAZ NUMERIQUE
MANUEL D'UTILISATION

Le responsable d'établissement est tenu de mettre en place les procédures de sécurité sur son site.
TELEDYNE OLDHAM SIMTRONICS ne peut être responsable de leur mise en vigueur.

Il est possible de calibrer l'OLCT 10N selon deux procédures :

- un calibrage manuel
- un calibrage semi-automatique



La procédure d'étalonnage manuel devra être respectée uniquement après chaque changement de cellule ou de détecteur.


Un calibrage manuel sera obligatoirement suivi d'un calibrage automatique.

Respecter impérativement les concentrations de gaz étalon pour l'étalonnage des détecteurs (cf. tableau ci-dessous).


Capteur	Gamme de mesure	Concentration gaz étalon
Méthane (CH ₄)	0-100% LIE (5% vol.)	2.5% CH ₄ /Air (50% LIE)
	0-100% LIE (4.4% vol.)	2.2% CH ₄ /Air (50% LIE)
Hydrogène (H ₂)	0-100% LIE	2.0% H ₂ /Air (50% LIE)
Butane (C ₄ H ₁₀)	0-100% LIE	0.9% C ₄ H ₁₀ /Air (60% LIE)
Propane (C ₃ H ₈)	0-100% LIE	1.1% C ₃ H ₈ /Air (55% LIE)
Oxygène (O ₂)	0-30% vol.	20.9% O ₂
Monoxyde de carbone (CO)	0-300 ppm	100 ppm CO
	0-1000 ppm	300 ppm CO
Dioxyde de carbone (CO ₂)	0-5000 ppm	3000 ppm CO ₂
	0-5% vol.	2.5% CO ₂
	0-100% vol.	50% vol. CO ₂
Sulfure d'hydrogène (H ₂ S)	0-30 ppm	25 ppm H ₂ S
	0-100 ppm	25 ppm H ₂ S
Monoxyde d'azote (NO)	0-100 ppm	50 ppm NO
	0-300 ppm	50 ppm NO
Dioxyde d'azote (NO ₂)	0-10 ppm	10 ppm NO ₂
	0-30 ppm	10 ppm NO ₂
Ammoniac (NH ₃)	0-100 ppm	100 ppm NH ₃
	0-1000 ppm	1000 ppm NH ₃

3.3 Calibrage semi-automatique

Lors du calibrage d'un OLCT 10N, la centrale MX 16, MX 32v2, MX 43 ou MX256 inhibe les alarmes délivrées par le détecteur et affiche un message de maintenance. Il est possible de calibrer jusqu'à 32 capteurs simultanément.




Dispositif de calibrage semi-automatique




Le dispositif de calibrage équipé de son aimant permet d'effectuer le calibrage du capteur sans ouvrir le boîtier ; cela permet un gain de temps considérable.

Toutefois, un réglage traditionnel avec des potentiomètres zéro et sensibilité est possible en ouvrant le boîtier du capteur.



Rep	Référence	Nb	Désignation
1	6 128 972	1	Support coiffe
2	6 155 771	1	Aimant
3	6 325 161	1	Poignée support pipe
4	6 331 141	1	Coiffe de calibrage
5	6 902 406	3	Vis M3*10
6	6 903 305	1	Ecrou M3

Injecter le gaz
avec un débit de
60l/h



3.4 Changement de cellule

Le remplacement d'une cellule devra être effectué à la suite de l'échec de l'étalonnage ou en maintenance préventive.



Après un changement de cellule, il est impératif de procéder au calibrage manuel puis au calibrage automatique.

Pour changer de cellule :

1. Oter le couvercle du capteur
2. Appuyer sur le bouton de changement de cellule (1). Maintenir la pression pendant 5 secondes environ jusqu'à ce que la DEL verte (2) s'allume fixe
3. Relâcher le bouton
4. Remplacer la cellule et effectuer un calibrage manuel puis automatique (les 2 sont obligatoires)




Figure 7: Changement de cellule



Pour des raisons de conformité aux normes ATEX, la cellule des détecteurs explosimétriques est soudée sur sa carte et ne peut être changée individuellement. Il convient de remplacer le détecteur OLCT 10N. Le détecteur étant calibré départ usine il est inutile de procéder à l'étalonnage manuel. Il convient par contre de déclarer un changement de cellule depuis le menu de maintenance de la centrale MX 16, MX32v2, MX 43 ou MX 256 (voir manuel MX 16, MX32v2, MX 43 ou MX 256).

3.5 Calibrage manuel

Il est également possible d'effectuer un calibrage manuel. Pour cela il faut posséder le cordon de prise de mesure (réf. 6116291) et un voltmètre.

1. Oter le couvercle du capteur
2. Connecter le cordon sur le connecteur mâle du circuit
3. Mesurer la tension entre les bornes S+ et S- à l'aide du voltmètre

▪ Réglage du zéro

1. Assurez-vous d'être en air sain (sans oxygène dans le cas du OLCT 10N O2) sinon injecter de l'air reconstitué (azote dans le cas du OLCT 10N O2) au niveau du capteur à un débit de 60 l/h (utiliser le kit de calibration: bouteille d'air synthétique, pipe de calibrage, tuyau) puis attendre la stabilisation de la mesure au niveau du voltmètre
2. Ajuster le zéro à l'aide du potentiomètre « **ZERO** » pour lire 0 mV sur le voltmètre


▪ Réglage de la sensibilité

1. Injecter le gaz titré sur la cellule à un débit de 60l/h (utiliser le kit de calibration: bouteille de gaz étalon, pipe de calibrage, tuyau) et attendre la stabilisation du signal au niveau du voltmètre.
2. Si nécessaire, régler la sensibilité à l'aide du potentiomètre « SENS » de façon à lire la valeur du signal (en mV) correspondant à la teneur du gaz de référence utilisé. ***Appliquer la formule ci-après pour calculer la valeur du signal à régler.***
3. Arrêter l'injection du gaz (ôter la pipe de calibrage de la cellule).
4. Attendre le « retour à zéro » au niveau du voltmètre.

$$U \text{ (mV)} = \frac{1600 \times \text{teneur gaz de référence}}{\text{échelle de mesure}}$$

OLCT 10N

DETECTEUR DE GAZ NUMERIQUE
MANUEL D'UTILISATION



FILS DU TORON DE MAINTENANCE :

S- (gris) / S+ (jaune) = signal de 0 mV à 1600 mV pour le réglage de zéro et sensibilité

GND (noir) = masse du circuit électronique

VCC (rouge) = tension d'alimentation aux bornes du détecteur

4 Références commerciales et accessoires

Référence	Désignation
OLCT10N-001	Transmetteur numérique OLCT 10N, échelle 0-100% LIE CH ₄ (5% vol.)
OLCT10N-002	Transmetteur numérique OLCT 10N, échelle 0-100% LIE CH ₄ (4,4% vol.)
OLCT10N-003	Transmetteur numérique OLCT 10N, échelle 0-100% LIE H ₂ (4% vol.)
OLCT10N-004	Transmetteur numérique OLCT 10N, échelle 0-100% LIE C ₄ H ₁₀ (1,5% vol.)
OLCT10N-005	Transmetteur numérique OLCT 10N, échelle 0-100% LIE C ₃ H ₈ (2% vol.)
OLCT10N-AP-001	Transmetteur numérique OLCT 10N, échelle 0-100% LIE CH ₄ (5% vol.), version résistante aux poisons
OLCT10N-AP-002	Transmetteur numérique OLCT 10N, échelle 0-100% LIE CH ₄ (4,4% vol.), version résistante aux poisons
OLCT10N-AP-003	Transmetteur numérique OLCT 10N, échelle 0-100% LIE H ₂ (4% vol.), version résistante aux poisons
OLCT10N-AP-004	Transmetteur numérique OLCT 10N, échelle 0-100% LIE C ₄ H ₁₀ (1,5% vol.), version résistante aux poisons
OLCT10N-AP-005	Transmetteur numérique OLCT 10N, échelle 0-100% LIE C ₃ H ₈ (2% vol.), version résistante aux poisons
OLCT10N-200	Transmetteur numérique OLCT 10N, échelle 0-30% vol. O ₂ (durée de vie 2 ans)
OLCT10N-272	Transmetteur numérique OLCT 10N, échelle 0-30% vol. O ₂ (durée de vie 5 ans)
OLCT10N-204	Transmetteur numérique OLCT 10N, échelle 0-300 ppm CO
OLCT10N-205	Transmetteur numérique OLCT 10N, échelle 0-1000 ppm CO
OLCT10N-252	Transmetteur numérique OLCT 10N, échelle 0-5000 ppm CO ₂
OLCT10N-239	Transmetteur numérique OLCT 10N, échelle 0-5% vol. CO ₂
OLCT10N-241	Transmetteur numérique OLCT 10N, échelle 0-100% vol. CO ₂
OLCT10N-213	Transmetteur numérique OLCT 10N, échelle 0-30 ppm H ₂ S
OLCT10N-214	Transmetteur numérique OLCT 10N, échelle 0-100 ppm H ₂ S
OLCT10N-216	Transmetteur numérique OLCT 10N, échelle 0-100 ppm NO
OLCT10N-217	Transmetteur numérique OLCT 10N, échelle 0-300 ppm NO
OLCT10N-219	Transmetteur numérique OLCT 10N, échelle 0-10 ppm NO ₂
OLCT10N-220	Transmetteur numérique OLCT 10N, échelle 0-30 ppm NO ₂

OLCT 10N

DETECTEUR DE GAZ NUMERIQUE
MANUEL D'UTILISATION

Référence	Désignation
OLCT10N-231	Transmetteur numérique OLCT 10N, échelle 0-100 ppm NH ₃
OLCT10N-232	Transmetteur numérique OLCT 10N, échelle 0-1000 ppm NH ₃

Accessoire	Description	Illustration	Référence
Kit de calibrage	Kit comprenant une canne, une pipe de calibration automatique et un support d'injection de gaz	Cf. page 13	6331163

5 Pièces de rechange

Liste des pièces de rechange pour les différents détecteurs.

Référence	Désignation
6798301	Cellule CO
6314196	Cellule CO ₂ gamme 0-5000 ppm
6314195	Cellule CO ₂ gamme 0-5% vol.
6314197	Cellule CO ₂ gamme 0-100% vol.
6113341	Cellule H ₂ S
6314118	Cellule NH ₃ gamme 0-100 ppm
6314119	Cellule NH ₃ gamme 0-1000 ppm
6113331	Cellule NO
6113332	Cellule NO ₂
6113746	Cellule O ₂ gamme 0-30% vol. (durée de vie 2 ans)
6113720	Cellule O ₂ gamme 0-30% vol. (durée de vie 5 ans)

OLCT 10N

DETECTEUR DE GAZ NUMERIQUE
MANUEL D'UTILISATION

6 Spécifications techniques

6.1 Détecteur

Dimensions	118*110*63 mm
Degré de protection	IP65
Boîtier	ABS résistant aux UV
Entrée et sorties de câble	2 presse-étoupe M16, diamètre 4 à 8 mm
Type de câble	Type MPI-22A
Alimentation	12-30Vcc
Consommation (en fonctionnement normal à 24 Vcc)	Cellule électrochimique : 2.5mA Cellule catalytique : 50 mA Cellule infrarouge CO2 : 20 mA
Indication d'état lors du calibrage	DEL rouge/verte
Calibrage	Automatique et sans ouverture du capteur (grâce à un dispositif d'introduction de gaz équipé d'un interrupteur magnétique) ou manuellement (par potentiomètre à l'intérieur du boîtier). Valeur du gaz étalon fixée par le détecteur
Température de fonctionnement	de -40°C à +55°C selon la cellule Certifié d'emploi en zone ATEX entre -20°C et +55°C
Humidité	15-90% RH pour la cellule électrochimique 0-100 % RH non condensée pour la cellule catalytique

OLCT 10N

DETECTEUR DE GAZ NUMERIQUE
MANUEL D'UTILISATION

Condition et durée de stockage	Cellule électrochimique :	4 à 20 °C
		20 à 60 % RH
		1 bar ± 10 %
		6 mois maximum
	Cellule infrarouge :	4 à 20 °C
		10 à 60 % RH
		1 bar ± 10 %
		6 mois maximum
	Cellule catalytique :	-50 à +70 °C
		20 à 60 % RH
		1 bar ± 10 %
		6 mois maximum
Certification	Compatibilité Electromagnétique selon :EN 50270	
	Atmosphères explosives lorsque cela s'applique:	
	 II 3 GD	
	Ex dc ec IIC T4 Gc	
	Ex tc IIIC T135°C Dc	
	-20°C<Ta<+55°C	

6.2 Spécifications cellules

Type de gaz	Gamme de mesure (ppm)	Gamme de temp. (°C)	Précision	Durée de vie moyenne (mois)	T50 / T90 (sec)
CH ₄ Méthane	0-100% LIE	-20 à +55	± 1% LIE (0-70% LIE)	48	6/15
H ₂ Hydrogène	0-100% LIE	-20 à +55	± 1% LIE (0-70% LIE)	48	
C ₄ H ₁₀ Butane	0-100% LIE	-20 à +55	± 1% LIE (0-70% LIE)	48	
C ₃ H ₈ Propane	0-100% LIE	-20 à +55	± 1% LIE (0-70% LIE)	48	
CO Monoxyde de carbone	300 1000	-20 à +50	± 3%	36	15/40
CO ₂ Dioxyde de carbone	5000 5%vol 100% vol	-40 à +50	± 5%	60	18/32 19/33 13/22
H ₂ S Hydrogène sulfuré	30 100	-20 à +50	± 3%	36	15/30
NH ₃ Ammoniac	100 1000	-20 à +40	± 5 ppm ± 20 ppm	24	25/70 20/60
NO Monoxyde d'Azote	100 300	-20 à +50	± 3%	36	10/30
NO ₂ Dioxyde d'Azote	10 30	-20 à +50	± 3%	24	30/60
O ₂ (>2ans) Oxygène	0-30 Vol.%	-20 à +50	0,4 Vol.% (15-22 %)	28	6/15
O ₂ (>5ans) Oxygène	0-30 Vol.%	-40 à +50	± 1.5%	60	15/25

6.3 Longueur de lignes (utilisation avec MX 16)

Vous trouverez ci-dessous un tableau récapitulant les longueurs maximales de câble à utiliser selon la section et le nombre de capteurs raccordés à une centrale MX 16.

TOX et O₂

Distance en mètres	Section de câble		
Nombre d'OLCT 10N destinés à la détection des gaz toxiques (sauf CO ₂) ou de l'oxygène	0,75 mm ² (AWG 18)	0,5 mm ² (AWG 20)	0,22 mm ² (AWG 24)
1	1000	1000	1000

CO₂

Distance en mètres	Section de câble		
Nombre d'OLCT 10N destinés à la détection du CO ₂	0,75 mm ² (AWG 18)	0,5 mm ² (AWG 20)	0,22 mm ² (AWG 24)
1	1000	1000	1000

Catalytique

Distance en mètres	Section de câble		
Nombre d'OLCT 10N équipés d'une cellule catalytique	0,75 mm ² (AWG 18)	0,5 mm ² (AWG 20)	0,22 mm ² (AWG 24)
1	1000	1000	500

6.4 Longueur de lignes (utilisation avec MX 32v2)

Vous trouverez ci-dessous un tableau récapitulant les longueurs maximales de câble à utiliser selon la section et le nombre de capteurs raccordés à une centrale MX 32v2.

TOX et O₂

MX 32v2 équipée d'une alimentation interne 100-240Vac ou externe 24Vdc

Distance en mètres	Section de câble		
Nombre d'OLCT 10N destinés à la détection des gaz toxiques (sauf CO ₂) ou de l'oxygène	0,75 mm ² (AWG 18)	0,5 mm ² (AWG 20)	0,22 mm ² (AWG 24)
1	1000	1000	1000
2	1000	1000	1000
3	1000	1000	1000
4	1000	1000	1000
5	1000	1000	1000
6	1000	1000	1000
7	1000	1000	1000
8	1000	1000	1000

CO₂

MX 32v2 équipée d'une alimentation interne 100-240Vac ou externe 24Vdc

Distance en mètres	Section de câble		
Nombre d'OLCT 10N destinés à la détection du CO ₂	0,75 mm ² (AWG 18)	0,5 mm ² (AWG 20)	0,22 mm ² (AWG 24)
1	1000	1000	1000
2	1000	1000	500
3	1000	1000	450
4	1000	800	350
5	1000	600	250
6	900	500	230
7	800	450	200
8	700	400	170

Catalytique

MX 32v2 équipée d'une alimentation interne 100-240Vac

Distance en mètres	Section de câble		
Nombre d'OLCT 10N équipés d'une cellule catalytique	0,75 mm ² (AWG 18)	0,5 mm ² (AWG 20)	0,22 mm ² (AWG 24)
1	1000	1000	500
2	1000	600	250
3	600	400	180
4	450	300	150

OLCT 10N

DETECTEUR DE GAZ NUMERIQUE
MANUEL D'UTILISATION

5	350	250	100
6	300	200	100
Au-delà	Limite de consommation atteinte pour une ligne de MX 32v2 (>610mA à 40°C) L'utilisation d'une alimentation externe est nécessaire		

MX 32v2 alimentée par alimentation externe 24Vdc

Distance en mètres	Section de câble		
Nombre d'OLCT 10N équipés d'une cellule catalytique	0,75 mm ² (AWG 18)	0,5 mm ² (AWG 20)	0,22 mm ² (AWG 24)
1	1000	1000	500
2	1000	600	250
3	600	400	180
4	450	300	150
5	350	250	100
6	300	200	100
7	250	175	75
8	225	150	50

6.5 Longueur de lignes (utilisation avec MX 43)

Vous trouverez ci-dessous un tableau récapitulant les longueurs maximales de câble à utiliser selon la section et le nombre de capteurs raccordés à une centrale MX 43.

TOX et O₂

Quel que soit la version de carte mère de la MX 43

Distance en mètres	Section de câble		
Nombre d'OLCT 10N destinés à la détection des gaz toxiques (sauf CO ₂) ou de l'oxygène	0,75 mm ² (AWG 18)	0,5 mm ² (AWG 20)	0,22 mm ² (AWG 24)
10	1000	1000	1000
20	1000	1000	900
25	1000	1000	500
32	1000	800	300

CO₂

MX 43 équipée d'une carte mère révision A ou B

Distance en mètres	Section de câble		
Nombre d'OLCT 10N destinés à la détection du CO ₂	0,75 mm ² (AWG 18)	0,5 mm ² (AWG 20)	0,22 mm ² (AWG 24)
1	1000	1000	1000
2	1000	1000	500
5	1000	600	250
10	550	300	125
12	450	250	100
Au-delà	Limite de consommation atteinte pour une ligne de MX 43 (>500mA) L'utilisation d'une alimentation externe est nécessaire		

MX 43 équipée d'une carte mère révision C

Distance en mètres	Section de câble		
Nombre d'OLCT 10N destinés à la détection du CO ₂	0,75 mm ² (AWG 18)	0,5 mm ² (AWG 20)	0,22 mm ² (AWG 24)
1	1000	1000	1000
2	1000	1000	500
5	1000	600	250
10	550	300	125
20	250	150	60
30	180	100	40
Au-delà	Limite de consommation atteinte pour une ligne de MX 43 (>1200 mA) L'utilisation d'une alimentation externe est nécessaire		

OLCT 10N

DETECTEUR DE GAZ NUMERIQUE
MANUEL D'UTILISATION

Catalytique

MX 43 équipée d'une carte mère révision A ou B

Distance en mètres		Section de câble		
Nombre d'OLCT 10N équipés d'une cellule catalytique		0,75 mm ² (AWG 18)	0,5 mm ² (AWG 20)	0,22 mm ² (AWG 24)
1		1000	1000	500
2		1000	600	250
3		750	400	180
4		600	330	150
5		450	250	100
Au-delà		Limite de consommation atteinte pour une ligne de MX 43 (>500mA) L'utilisation d'une alimentation externe est nécessaire		

MX 43 équipée d'une carte mère révision C

Distance en mètres		Section de câble		
Nombre d'OLCT 10N équipés d'une cellule catalytique		0,75 mm ² (AWG 18)	0,5 mm ² (AWG 20)	0,22 mm ² (AWG 24)
1		1000	1000	500
2		1000	600	250
3		600	400	180
4		450	300	150
5		350	250	100
6		300	200	100
7		250	175	75
8		225	150	50
9		200	125	50
10		175	100	50
13		125	75	30
Au-delà		Limite de consommation atteinte pour une ligne de MX 43 (>1200 mA) L'utilisation d'une alimentation externe est nécessaire		

6.6 Longueur de lignes (utilisation avec MX 256)

Vous trouverez ci-dessous un tableau récapitulant les longueurs maximales de câble à utiliser selon la section et le nombre de capteurs raccordés à une centrale MX 256.

TOX et O₂

Distance en mètres	Section de câble		
Nombre d'OLCT 10N destinés à la détection des gaz toxiques (sauf CO ₂) ou de l'oxygène	0,75 mm ² (AWG 18)	0,5 mm ² (AWG 20)	0,22 mm ² (AWG 24)
10	1000	1000	1000
20	1000	1000	900
25	1000	1000	500
32	1000	800	300

CO₂

Distance en mètres	Section de câble		
Nombre d'OLCT 10N destinés à la détection du CO ₂	0,75 mm ² (AWG 18)	0,5 mm ² (AWG 20)	0,22 mm ² (AWG 24)
1	1000	1000	1000
2	1000	1000	500
5	1000	600	250
Au-delà	Limite de consommation atteinte pour une ligne de MX 256 (>200mA) L'utilisation d'une alimentation externe est nécessaire		

Catalytique

Distance en mètres	Section de câble		
Nombre d'OLCT 10N équipés d'une cellule catalytique	0,75 mm ² (AWG 18)	0,5 mm ² (AWG 20)	0,22 mm ² (AWG 24)
1	1000	1000	500
2	1000	600	250
Au-delà	Limite de consommation atteinte pour une ligne de MX 256 (>200mA) L'utilisation d'une alimentation externe est nécessaire		

OLCT 10N

DETECTEUR DE GAZ NUMERIQUE
MANUEL D'UTILISATION

7 Instructions particulières pour l'utilisation

7.1 Utilisation en atmosphère explosive conformément à la directive Européenne ATEX

Les détecteurs OLCT 10N sont conformes aux exigences de la Directive Européenne ATEX 2014/34/UE relative aux atmosphères explosives Gaz et Poussières. Les détecteurs transmetteurs OLCT 10N sont destinés à la mesure de certains gaz explosibles. certains peuvent être installés en zones 2 ou 22 ATEX.

Le matériel a subi les essais de chocs en risques faibles et, de fait, doit être protégé contre les chocs lors de l'installation en zone ATEX.

Les informations décrites dans les paragraphes suivants doivent être prises en compte et respectées par le responsable du site d'installation du matériel. Se reporter aux prescriptions de la Directive Européenne ATEX 1999/92/CE visant à améliorer la protection en matière de sécurité et de santé des travailleurs exposés aux risques des atmosphères explosives.

Les détecteurs OLCT 10N sont également conformes aux exigences du schéma de certification internationale IEC Ex relative aux atmosphères explosives Gaz et Poussières.



Seules les versions Catalytiques listées ci-dessous sont certifiées pour une utilisation en zone ATEX II 3GD :

OLCT10N-001 / OLCT10N-002 / OLCT10N-003 / OLCT10N-004 / OLCT10N-005



Les versions catalytiques antipoison, toxiques, O₂ et CO₂ ne sont pas certifiées pour une utilisation en zone ATEX

7.2 Conditions spéciales d'utilisation

Lors de l'installation l'utilisateur devra tenir compte du fait que le matériel n'a subi qu'un choc mécanique faible.

Danger potentiel de charges électrostatiques : ne frotter ou n'essuyer qu'avec un chiffon humide

Le matériel doit être utilisé dans une zone assurant au moins un degré de pollution 2 tel que défini dans l'EN 60664-1

7.3 Conditions spécifiques pour le FM: ANSI/FM 60079-29-1

- Le détecteur OLCT 10N est conforme à la norme de performance de détection de gaz correspondante indiquée sur l'étiquette lorsqu'il est connecté à une centrale qui a également été évalué selon la même norme de performance de détection de gaz.
- L'évaluation du détecteur OLCT 10N suivant la norme de performance a été réalisé sans considération de l'indice de protection IP du boîtier.
- L'évaluation du détecteur OLCT 10N suivant la norme de performance a été réalisée jusqu'à 95% d'humidité relative.

1 Les Plus

Au travers de notre service client, à répondre rapidement et efficacement à vos besoins de conseil, de suivi de commande, et ce, partout dans le monde. A répondre dans les plus brefs délais à toutes questions d'ordre technique.

2 Qualité

A vous assurer la meilleure qualité de produits et de services conformément aux normes et directives internationales en vigueur.

3 Fiabilité & Contrôles

A vous fournir un matériel fiable. La qualité de notre production est une condition essentielle à cette fiabilité. Elle est garantie grâce à des vérifications très strictes réalisées dès l'arrivée des matières premières, en cours et en fin de fabrication (tout matériel expédié est configuré selon vos besoins).

4 Mise en service

A mettre en service, sur demande, votre matériel par nos techniciens qualifiés ISM ATEX. Un gage de sécurité supplémentaire.

5 Formation

A dispenser des formations ciblées.

6 Service projet

Notre équipe étudie tous vos projets de détection de gaz et flammes à partir d'études sur site ou sur plans. Nous sommes à même de vous proposer l'avant-projet, la conception, l'installation et la maintenance de systèmes de sécurité en zones ATEX ou non dans le respect des normes en vigueur

7 Contrat d'entretien

A vous proposer des contrats d'entretien évolutifs au regard de vos besoins pour vous garantir une parfaite sécurité :

- Une ou plusieurs visites par an, consommables inclus
- Renouvelable par tacite reconduction,
- Incluant le réglage des détecteurs de gaz fixes ou portables et le contrôle des asservissements.

8 Dépannage sur site

A faire intervenir nos techniciens du **Service Après-Vente** rapidement. Ceci est possible grâce à nos implantations de proximité en France et à l'étranger.

9 Dépannage en usine

A traiter tout problème qui ne pourrait être résolu sur site par le renvoi du matériel en usine. Des équipes de **techniciens spécialisés** seront mobilisées pour réparer votre matériel, dans les plus brefs délais, limitant ainsi au maximum la période d'immobilisation.

Pour toute intervention de notre Service Après-Vente en France ou en Belgique, contactez-nous gratuitement par téléphone au **0800-OLDHAM** (0800-653426) ou **+33 (0)3 21 60 80 80** depuis la Belgique ou par email à oldhamsimtronics-SAV@teledyne.com



TELEDYNE
OLDHAM SIMTRONICS
Everywhereyoulook™



AMERICAS

14880 Skinner Rd
CYPRESS
TX 77429,
USA
Tel.: +1-713-559-9200

EMEA

Rue Orfila
Z.I. Est – CS 20417
62027 ARRAS Cedex,
FRANCE
Tel.: +33 (0)3 21 60 80 80

ASIA PACIFIC

Room 04, 9th Floor, 275
Ruiping Road, Xuhui District
SHANGHAI
CHINA
TGFD_APAC@Teledyne.com

www.teledynegasandflamedetection.com



© 2026 Teledyne Oldham Simtronics. All right reserved.
NPO10NFR Revision K.1 / April 2026